

Člen:



# Konečná správa

z medzilaboratórneho porovnávacieho merania (MLPM)

číslo MLPM KZ SR 03/19

pre

**Elektronické stopky**

Organizačný garant	Eva Korbeľová, KZ SR
Referenčné laboratórium	Ing. Juraj Slučiak Slovenský metrologický ústav Bratislava
Odborný garant	Ing. Juraj Slučiak Slovenský metrologický ústav Bratislava
Spracovateľ správy MLPM	Ing. Peter Urban, KZ SR

**Bratislava, február 2020**

V prílohe Vám zasielame predbežnú správu z MLPM KZ SR 03/2019 Stopky. Výsledky Vášho laboratória ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová dubnica sú uvedené pod kódom

## 1908

Pripomienky k tejto správe očakávame od Vás do 24. februára 2020

Ďakujeme za spoluprácu

Eva Korbeľová  
Organizačný garant MLPM

### Príloha 2 - Vyhodnotenie výsledkov merania jednotlivých účastníkov

Strana 1/4

Kód účastníka	1908
---------------	------

Elektronické stopky - meranie frekvencie							
Meraná hodnota	$X_{lab}$	$U_{lab}$	$X_{ref}$	$U_{ref}$	$X_{lab} - X_{ref}$	$E_n$	Hodnotenie A/N
$\delta_f$	$-54,00 \cdot 10^{-6}$	$9,00 \cdot 10^{-6}$	$-54,06 \cdot 10^{-6}$	$0,13 \cdot 10^{-6}$	$0,06 \cdot 10^{-6}$	0,01	A
Vyhodnotenie							
Počet hodnôt:	1						
Počet A:	1						
Počet N:	0						
Úspešnosť:	100,0%						
Legenda:							
A	Výsledok merania vyhovujúci						
N	Výsledok merania nevyhovujúci						

Poznámka:  $\delta_e$  -relatívna chyba frekvencie